

## Model simulace lokální anestézie



### Popis

model obsahuje plastovou lidskou kostru s baryovou barvou, je pokryt pěnovou gumou a umělou pokožkou, která umožňuje nácvik umístění jehly při použití rentgenového snímku; rentgenová hustota modelu je nízká, tím jsou dávky radiace redukovány